

## Zmiana zaproszenia do składania ofert na dostawę przewodników do pomiaru ciśnienia w naczyniach wieńcowych oraz wypożyczenie systemu do pomiaru wskaźników oporu mikrokążeń i rezerwy przepływu wieńcowego dla potrzeb eksperymentu badawczego ogłoszonego dnia 10.06.2025 roku

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do zaproszenia z dnia 10.06.2025 r. dotyczącego składania ofert na dostawę przewodników do pomiaru ciśnienia w naczyniach wieńcowych oraz wypożyczenie systemu do pomiaru wskaźników oporu mikrokążeń i rezerwy przepływu wieńcowego dla potrzeb eksperymentu badawczego pt. **„Wieloośrodkowy, randomizowany eksperyment badawczy mający na celu porównanie standardowego modelu opieki do strategii rehabilitacji opartej o zdalnie monitorowany, regularny trening z wykorzystaniem ergometru rowerowego u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (PATRON HF)”**, (dalej: „Eksperyment”) który jest realizowany w ramach otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych:

1. w art. II. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1) Wymagane parametry otrzymuje następujące brzmienie:

Wymagane parametry:

- bezprzewodowe,
- powłoka hydrofilowa,
- obliczanie wskaźników: oporu mikrokążenia (IMR) i rezerwy przepływu wieńcowego (CFR),
- długość całkowita: 145 - 175 cm
- średnica (zewnętrzna): 0,014 – 0,067 cala
- zakres pomiaru ciśnienia: 0–300 mmHg.

2. W związku z powyższą zmianą, Zamawiający na podstawie art. V pkt. 12) przedłuża termin składania ofert do dnia **22.06.2025 r. godz. 9.00**